取扱説明書

Takada Bed

パラレルＭＸ　TB-534-04

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。

区　分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

⚠警告	平行棒を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと平行棒が転倒する恐れがあります。
	滑りやすい床面や濡れている床面では平行棒が動く恐れがあります。
	平行棒を火気に近づけないでください。
	湿気の多い所や、雨・風の当たる所に平行棒を放置しないでください。
	平行棒は歩行訓練以外の目的で使用しないでください。
	改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。
	手すりにもたれたり、片方だけに強い負荷をかけないでください。転倒する恐れがあります。
	本製品をご使用になる場合、お一人で使用しないでください。必ず付添人の元でご使用ください。

⚠注意	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	高さ調節時、指などを挟まないようにご注意ください。
	本製品は一人用です。複数人で同時に本製品をご使用にならないでください。転倒する恐れがあります。

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
TEL. 072-484-8800 ㈹
URL http://www.takada-bed.co.jp/
お客様相談室：フリーダイヤル **0120-62-2382**

各部の名称および組立方法





① 最初に上記の部品が揃っているかご確認ください。(手すり ×2　土台 ×2　取付金具 ×4　ノブネジ ×8)



② 手すりを土台の上に乗せます。
※ 手すりの向きに注意してください。



③ 取付金具を土台の下側に入れます。
※ 取付金具の向きに注意してください。





④ 上記画像のように、手すり・土台・取付金具の
順番でノブネジでしっかりと止めてください。
※ 残りの 3 箇所も同様に取り付けてください。

操作方法



手すりの幅調節方法

ノブネジをゆるめ、お好みの位置に手すりをスライドしてください。その後、手すりがぐらつかないようにしっかりとノブネジをしめてください。



手すりを上げる場合 (高くする時)

手すりの両端をお二人で持ちながら、カチッと音がするまで手すりを持ち上げてください。これで 1 段高くできますので、お好みの高さまで段数を上げてください。その際、伸縮ポールの側面に目盛りが刻まれていますので、同じ高さになっていることをご確認ください。

手すりを下げる場合 (低くする時)

手すりを最上段まで上げるとロックが解除し、ゆっくり手すりが下がります。手すりを一番下まで下げるとカチッと音がして、ロックが掛かります。

※ 歩行訓練中に決して手すりを引き上げないでください。
ロックが解除され手すりが落下する恐れがあります。
※ ご使用前には手すりがロックされている事を必ずご確認ください。